

一般競争入札公告

1. 競争入札に付する事項

(件名・数量) 臨床用ポリグラフ
日本光電 一式
(構成内訳は別紙のとおり)
(納入期限) 令和8年12月25日

2. 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

- (1) 東海国立大学機構契約事務取扱細則第3条の規定に該当しない者であること。
- (2) 東海国立大学機構契約事務取扱細則第4条の規定に該当しない者であること。
- (3) 国の競争参加資格(全省庁統一資格)又は東海国立大学機構の競争参加資格のいずれかにおいて令和8年度に東海・北陸地域の「物品の販売」のA、B又はC等級に格付されている者であること。
- (4) 取引停止の措置を受けている者でないこと。
- (5) 機構が別に定める「リバースオークション参加登録(ID登録)」を事前に済ませた者であること。
- (6) 入札機器のうち医療機器については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づいて医療用具の販売業の許可を証明した者であること。

3. 契約条項を示す場所

所在地 岐阜市柳戸1番1
国立大学法人東海国立大学機構 岐阜大学医学部附属病院経営管理課調達係

4. 提出書類の提出期限及び提出場所

提出期限 令和8年9月4日(金) 17時00分
提出場所 岐阜市柳戸1番1
国立大学法人東海国立大学機構 岐阜大学医学部附属病院経営管理課調達係

5. 入札期間

入札受付日時 令和8年9月10日(木) 10時00分
入札締切日時 令和8年9月11日(金) 10時00分

6. 入札方法

本件の入札はリバースオークション方式(インターネット上で入札価格を競い合うシステム(競り下げ競争))で行う。

落札決定に当たっては、入札した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札すること。

なお、詳細は東海国立大学機構ホームページ「調達情報(リバースオークション)」を参照のこと。

(<http://web-honbu.jimu.nagoya-u.ac.jp/zaimu/keiyaku/reverse/index.html>)

7. 落札者の決定方法

東海国立大学機構契約事務取扱細則第10条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

8. 入札保証金及び契約保証金

免除する。

ただし、落札者が契約の締結をしないときは、違約金として落札金額の100分の5に相当する金額を国立大学法人東海国立大学機構に支払わなければならない。

9. 入札の無効

本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の行った入札は無効とする。

10. 契約書の作成

契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。

11. 異議の申立

入札者は、入札後本公告、仕様書、契約書案等について、異議の申立をすることができない。

12. その他

- (1) 入札参加者は、本機構の競争加入者心得又は入札説明書を熟知すること。
- (2) 詳細については、国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学医学部附属病院経営管理課調達係(TEL 058-230-6035)に照会のこと。

令和8年8月21日

国立大学法人東海国立大学機構
機構長 松尾 清一 [公印省略]

<別紙>

	(事項)	(品番)	(数量)
本体	新キーボード対応	RMC-5000M	1
コントローラ本体	新キーボード対応	MU-500G	1
システムソフトウェア		QP-500G	1
解析ソフトキット		QP-510G	1
架台	新キーボード対応	KD-500G	1
21 インチ LCD		VL-510G	2
データアクイジションユニット		JA-694P	1
ベッドサイドモニター		BSM-1763	1
バッテリーパック	S B - 1 7 0 P	X161	1
ユニット接続ケーブル		YJ-501G	1
ホルダアダプタ		DI-514G	1
キーボード		QK-500G	1
キーボード		QK-510G	1
キーボード用中継コード		YZ-054H2	1
キーボード用中継コード		YZ-054H1	1
ホルダアダプタ		DI-510G	1
外部ドライブユニット		QM-500G	1
サブモニター出力ユニット		QI-510G	2
光ケーブル(SC-SC)		YZ-053H9	2
SM-201V アイソレーショントランス		716388	1
サウンド出力ケーブル		YZ-053H7	1
E C G 中継コード (1 0 電極)	J C - 9 0 0 P	K921	2
S p O 2 中継コード	J L - 9 0 0 P	K931	1
フィンガープローブ	T L - 2 0 1 T (ケーブル長 1 . 6 m)	P225F	1
C O 2 センサキット	T G - 9 8 0 P 2	TG-980P2	1
BISx L0C2 チャンネル		186-0195-NK	1
B I S x 中継コード	Y J - 6 7 1 P	YJ-671P	1
J P - 9 0 0 P 血圧中継コード		K951	3
J P - 9 1 0 P 血圧中継コード		K952	2
J T - 9 5 0 P C O 中継コード		K962	2
E C G / B P 出力ケーブル	Y J - 3 4 0 G	K976	1
7 1 0 0 追加ライセンス (1 1 床以上)		ZI-703M	1

※設置工事・調整・システム連携を含む